

Stant Manufacturing s.r.o.

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zakázku na dodávky

s názvem

**„ Centrum pro vývoj karbonových
kanystřů specifikace EURO 7 –
Klimatická komora s přípravou pro
vibrační stolicí “**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V technické specifikaci není blíže zmíněn typ vibračního stolu, pro který bude klimatická komora určena. Pro správné zpracování nabídky prosíme o zaslání konkrétního typu vibračního stolu a jeho výrobce, nejlépe rozměrový výkres. Dále prosíme o náskres místa (laboratoře) pro instalaci, včetně údajů o světlé výšce místností a koridoru pro transport komory do místa instalace (včetně světlých rozměrů průchozích dveří), případně výtahu – pokud místo pro instalaci není v přízemí.

Tyto údaje považujeme za nezbytné, neboť musíme v nabídce zohlednit správné rozměry výměnného dna komory s otvorem pro vibrační stůl a dále i prostorové nároky kladené na instalaci zařízení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Konkrétní typ a dodavatel vibračního stolu není v tuto chvíli znám. Zadavatel jako přílohu tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje upravenou tabulku Specifikace předmětu plnění, kde je doplněna specifikace vibračního stolu v podrobnostech dostatečných pro zpracování nabídky.

Výška stropu v laboratoři je 3.4 m. Velikost vstupních dveří do laboratoře (šířka 2 m, výška 2.5 m). Místnost laboratoře je umístěna v části výrobní haly, které bude v době instalace komory nevyužitá, což znamená bezproblémový přístup k laboratoři pro transport komory. Blížší náskres rozložení laboratoře není v tuto chvíli dostupný (je třeba dodržet požadavky definované v tabulce specifikací).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel požaduje vnější rozměry komory maximálně 2500 x 1800 x 3500 mm (V x Š x H). Naše zařízení má vnější rozměry 2274 x 1490 x 3580 mm (V x Š x H). Mohl by zadavatel akceptovat dodávku komory v vnější hloubkou 3580 mm?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Tento požadavek bohužel není možné akceptovat.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Vzhledem k požadavku na nastavení výšky pod komorou v rozsahu od 670 do 1350 mm je potřeba vzít do úvahy také výšku komory v okamžiku, kdy je pod komorou nastaven rozměr 1350 mm. V takovémto případě je vnější výška komory $2274 + (1350 - 670) = 2954$ mm. Jaká je prosím výška pod stropem v místě určeném pro instalaci komory?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Výška stropu je plánována 3,4 m.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel požaduje vnitřní rozměry zkušebního prostoru 900 x 1050 x 1050 mm (V x Š x H). Naše komora má rozměry vnitřního prostoru 1080 x 1000 x 1130 mm (V x Š x H). Požadovaná komora vnitřní plochu dna zkušební komory 1,1025 m². Naše komora má vnitřní plochu dna zkušební komory 1,13 m². Mohly by zadavatel akceptovat dodávku komory s vnitřními rozměry 1080 x 1000 x 1130 mm (V x Š x H)?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Tento požadavek bohužel není možné akceptovat.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel požaduje „bezpotenciálové kontakty pro vypnutí zkušební vzorku“ v podobě: min. 4ks, 24V a 0,5A. Mají být tedy dodány pouze 4ks kontaktů 2x 24V a 2x 0,5A? Nebo mohou být dodány pouze např. 4x 24V? Co je prosím myšleno tímto bodem technických požadavků?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Požadavkem je myšleno 4x 24V/0,5A.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel požaduje dodávku komory s příkonem 24kW. Vzhledem k tomu, že naše komora má větší objem, je potřeba také větší příkon pro zachování stejných požadovaných výkonových parametrů. Mohl by zadavatel akceptovat dodávku komory s příkonem 33kW?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Tento požadavek bohužel není možné akceptovat.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel požaduje dodávku komory s maximální hmotností 2000 kg. Opět vzhledem k většímu objemu a výkonnějšímu agregátu je hmotnost naší komory 2550 kg. Mohl by zadavatel akceptovat dodávku komory s hmotností 2550 kg?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Tento požadavek bohužel není možné akceptovat.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 1. 10. 2021 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 1. 10. 2021 v 10:05 hodin.

V Brně, dne 16. 9. 2021

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele