

Stant Manufacturing s.r.o.

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zakázku na dodávky

s názvem

**„ Centrum pro vývoj karbonových
kanystřů specifikace EURO 7 –
Klimatická komora s přípravou pro
vibrační stolicí “**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Co je myšleno položkou „vodou chlazený chladicí agregát“? Jakými parametry má tato položka disponovat?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Požadujeme dodávku chladicího agregátu včetně instalace. Chladicí agregát musí disponovat uzavřeným okruhem chladicí vody pro chlazení klimatické vibrační komory. Agregát chladicího okruhu bude umístěn na střeše laboratoře ve vzdálenosti do 10m od komory. Chladicí výkon agregátu musí odpovídat požadavkům klimatické vibrační komory.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Uvedená položka „Rozsah prostoru pod zkušebním prostorem“ disponuje rozměry „min. 670-1370 mm“. Rozumí se tím, že fixní pozice zkušebního prostoru se může pohybovat v tomto rozsahu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Nikoliv. Jedná se o minimální celkový rozsah elektricky nastavitelné výšky zkušebního prostoru s tím, že spodní hranu dna zkušební komory musí být možno elektricky nastavit v minimálním rozsahu 670 mm až 1370 mm.

V Brně, dne 17. 9. 2021

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele