

Stant Manufacturing s.r.o.

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zakázku na dodávky

s názvem

**„ Centrum pro vývoj karbonových
kanystřů specifikace EURO 7 –
Klimatická komora s přípravou pro
vibrační stolicí “**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Můžete prosím upřesnit, podle jakých norem pro zkoušky hodlá dodavatel požadovanou komoru provozovat?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Klimatická komora bude použita k testování našich výrobků dle zákaznických norem různých OEM. Tyto normy nemůžeme sdílet a pro výběrové řízení to nepovažujeme za nutné. Je třeba se řídit parametry, které jsou definovány v zadávací dokumentaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Vibrační stolice i požadovaná komora mají být provozovány (citace z Vysvětlení ZD č. 1): "...v části výrobní haly, která bude v době instalace nevyužitá, což znamená bezproblémový přístup k laboratoři pro transport komory....". Zadavatel kromě výšky laboratoře pro instalaci v hodnotě 3,4 m neudává disponibilní půdorysné rozměry laboratoře. - Jaký je půdorys laboratoře?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V tuto chvíli nemůžeme sdílet půdorys laboratoře a pro výběrové řízení to nepovažujeme za nutné. Je třeba se řídit parametry, které jsou definovány v zadávací dokumentaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Prosíme o vysvětlení, z jakého důvodu nemůže zadavatel akceptovat nabídku na komoru:

- rozměrově na vnější hloubku přesahující jen o 80 mm požadovaný maximální rozměr 3 500 mm

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Klimatická komora bude umístěna v místnosti laboratoře spolu s dalším vybavením, která bohužel neposkytuje dostatečný prostor pro bezpečnou manipulaci při instalaci větší komory než je definována v zadávací dokumentaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Prosíme o vysvětlení, z jakého důvodu nemůže zadavatel akceptovat nabídku na komoru:

- rozměrově na vnitřní šířku přesahující jen o 80 mm požadovanou vnitřní výšku 1 050 mm
 - rozměrově na vnitřní výšku přesahující jen o 180 mm požadovanou vnitřní výšku 900 mm
- Nepříliš větší vnitřní rozměry komory totiž můžou zajistit zadavateli jak testování rozměrově větších vzorků, tak případně mnohem lepší homogenitu atmosféry ve zkušebním prostoru pro nyní zvažované maximální rozměry vzorků.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V zadávací dokumentaci jsou vnitřní rozměry komory definovány jako min. (minimálně) 900x1050x1050 mm. Tedy větší rozměry vnitřního prostoru splňují tento požadavek. Původní dotaz ovšem obsahoval tuto větu: „Mohly by zadavatel akceptovat dodávku komory s vnitřními rozměry 1080 x 1000 x 1130 mm (V x Š x H)?“ Tyto rozměry bohužel nemůžeme akceptovat, protože navrhovaná šířka komory nedosahuje požadovaného minimálního vnitřního rozměru 1050 mm. Tento rozměr je nutno dodržet z důvodu požadovaného prostoru pro testované výrobky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Předpokládáme, že při zajištění bezproblémového přístupu v části výrobní haly bude vibrační stůl o mnohonásobně větší váze (hmotnosti), než komora, umístěn na podlaze v úrovni přízemí. Prosíme o vysvětlení, z jakého důvodu nemůže zadavatel akceptovat komoru s maximální hmotností 2 550 kg, tedy jen o 550 kg (o cca 25 %) více než je požadovaná maximální hmotnost 2 000 kg?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Technická dokumentace laboratoře počítá s instalovanou komorou o maximální hmotnosti 2000 kg a tento požadavek již není možno změnit.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 5. 10. 2021 do 10:00 hodin**. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 5. 10. 2021 v 10:05 hodin.

V Brně, dne 23. 9. 2021

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele