



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 1

Společnost: **DTS Vrbenský, a.s.**
Se sídlem: Most, Souš čp. 7, 435 02
IČO: 63145251

Název zakázky:

„Digitální transformace v podniku DTS Vrbenský, a.s. – Silniční váha“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V odstavci 5. zadávací dokumentace je uvedeno "Místem plnění zakázky je hala ve výrobní části společnosti na adrese:".

Je skutečně uvažováno s instalací váhy v hale? Běžně se umísťují silniční váhy s ohledem na jejich způsob využití pro vážení přijíždějících a odjíždějících vozidel do komunikace venku (mimo halu).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že místem plnění zakázky je na adrese uvedené v zadávací dokumentaci, nicméně se jedná **o otevřenou plochu u haly** ve výrobní části v areálu DTS Vrbenský, a.s. na adrese: Most, Souš čp. 7, PSČ 435 02.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V dokumentaci (tabulka Specifikace předmětu plnění) je uveden typ základu jako prefabrikovaný. Bohužel není upřesněna jeho varianta – úroňový (pro zapuštěnou instalaci váhy) nebo nájezdový (pro nadúroňovou instalaci váhy).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že se jedná o zapuštěnou variantu silniční váhy. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje upravený dokument Tabulka specifikace předmětu plnění, který reflektuje výše upřesněnou informaci předmětu plnění. Účastníci výběrového řízení jsou povinni využít aktualizovanou specifikaci předmětu plnění v přípravě svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Bude se nacházet u váhy "vážní domek" (např. obytná buňka/kontejner) pro umístění vyhodnocovací a indikační elektroniky váhy?



Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že u váhy se bude nacházet buňka.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Jelikož v tabulce Specifikace předmětu plnění není výslovně uvedena doprava, montáž a uvedení váhy do provozu, předpokládám, že i tyto práce jsou předmětem plnění nabízejícího. Lze počítat s tím, že zajištění jeřábu na složení a montáž váhy bude protiplněním zadavatele?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že dodáním je myšleno kompletní dodání bez zhotovení stavebních prací (tj. výkop jámy, příprava podloží, příprava chrániček a zemního písku) v areálu DTS Vrbenský, a.s. Zadavatel uvádí, že v nabídkové ceně by měla být zahrnuta taktéž doprava zařízení na místo předmětu plnění, uložení (tedy i za pomoci jeřábu), montáž – složení, uvedení do provozu a případně další věci spojené s instalací váhy a jejím uvedením do provozu.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **22. 2. 2023** do **10:00** hodin. Místo a způsob podání nabídek zůstávají nezměněny.

V Brně, dne 13. 2. 2023

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele