

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

s názvem

**LUMINA, spolek – pořízení
vybavení pro domovy se zvláštním
režimem**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Položka	Specifikace
Lůžko s dělenými postranicemi	Dělené postranice Čelo Ts Prodloužení lůžka o 20 cm s motýlky Odblokování odílu LP v případě výpadku elektrické energie Kolečka min. 50 mm s centrální brzdou na každé ose podvozku

Z důvodu velmi obecných požadavků chybí základní požadované technické specifikace.

Zadavatel v „Technické specifikaci“ neupřesňuje, zda mají mít dělené postranice výklopný, nebo výsuvný mechanismus, případně z jakého materiálu, či provedení mají postranice být vyrobeny?

Jako dodavatel lůžek doporučujeme řešení teleskopické, tedy výsuvné řešení postranic, ne výklopné z důvodu úspory prostoru, navíc zesílené uprostřed hliníkovými profily z důvodu zpevnění a zvýšení životnosti postranic.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel požaduje u dělených postranic výsuvný mechanismus a dále požaduje, aby byly vyrobeny ze dřeva a plastu. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2a Specifikace předmětu plnění jako „Příloha č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 opraveno 27082025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Upozorňujeme, že u položky chybí technická informace o požadovaném nastavení výšky ložné plochy lůžka.

Preferuje zadavatel bezpečnou výšku LP od 25 – 80 cm, kdy nízká LP zabezpečuje bezpečnost v nočních hodinách z důvodů pádů + navíc je výhodná nízká LP pro hůře se pohybující klienty?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel požaduje možnost nastavení výšky plochy lůžka od 40 cm do 80 cm. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2a Specifikace předmětu plnění jako „Příloha č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 opraveno 27082025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Upozorňujeme, že u položky chybí technická informace o požadavku na možnost prodloužení ložné plochy.

Bude akceptovat zadavatel standardní a jednoduché prodloužení 10 a 20 cm, které maximálně vyhovuje při péči u těchto lůžek nejen pro dlouhé klienty, ale hlavně z důvodu lepší péče na chodidlech s prevencí proti proleženinám? Samozřejmě myšleno jednoduché prodloužení bez nutnosti použít náradí.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel požaduje možnost prodloužení lůžka o 20 cm. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2a Specifikace předmětu plnění jako „Příloha č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 opraveno 27082025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Upozorňujeme, že u položky chybí technická informace o požadavku na sofistikovanější polohy lůžka pro vyšší komfort a bezpečnost.

Bude zadavatel vyžadovat po všech uchazečích navíc, dnes již standardní polohy lůžek, jako jsou například automatické polohy KARDIACKÉ KŘESLO, TRENDELEMBURK, SEMI FOWLEROVA POLOHA a podobně?

Tyto polohy jsou dnes již standardem v sociálních službách.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel u lůžka požaduje možnost polohování „Trendelemburk“ a „Semi Fowlerova poloha“. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2a Specifikace předmětu plnění jako „Příloha č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 opraveno 27082025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Akceptuje zadavatel a následně vyžaduje pro všechny účastníky soutěže například dvojitou autoregresi zádového a stehenního dílu, která má výrazně preventivnější účinky proti dekubitům, oproti lůžkům bez autoregrese, neboli odstupňování dílů ložné plochy?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel požaduje u lůžka schopnost autoregrese. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2a Specifikace předmětu plnění jako „Příloha č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 opraveno 27082025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Nikde jsme nenašli požadavek na typ čela.

Preferuje zadavatel čelo s dřevěným madlem, nebo jen desku s ABS hranami?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel požaduje u lůžka čelo s dřevěným madlem. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2a Specifikace předmětu plnění jako „Příloha č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 opraveno 27082025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Nosnost lůžka požaduje zadavatel 200 kg?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel požaduje nosnost lůžka minimálně 150 kg. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2a Specifikace předmětu plnění jako „Příloha č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 opraveno 27082025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Položka	Specifikace
Matrace pasivní	

Jako dodavatel se zkušenostmi z praxe, jsme přesvědčeni, že standart do klasických lůžek, nikoliv bariatrických (tedy pro klienty s nadměrnou váhovou kategorií a velkými rozměry) je 14 cm dostačujících hlavně z důvodu nezvýšení ložné plochy lůžka, a tedy i snížení bezpečnosti výšky postranic, a tedy možnosti pádu klienta, je 14 cm výrazně akceptovatelnější.

Akceptuje zadavatel výšku matrace standardních rozměrů nabídnuté matrace 14 cm?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel požaduje výšku matrace 15-18 cm. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2a Specifikace předmětu plnění jako „Příloha č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 opraveno 27082025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Nikde jsme nenašli požadavek na složení pěn matrace.

Může uchazeč nabídnout řešení ze třech druhů pěn, nosná, antidekubitní a zboku pevnostní pěna pro bezpečnější sezení?

Navíc nosné plochy mezi sebou nelepeny, pro delší životnost a eliminace použití lepidel, plochy ideálně spojeny zámkovým prořezem?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Zadavatel nemá speciální požadavky na složení pěn matrace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Nikde jsme nenašli požadavek na složení a provedení potahu matrace.

Může uchazeč nabídnout potah s obsahem zinku pro lepší čistitelnost dezinfekcí a stálou pevnost, oproti potahům z latexu?

Má mít potah matrace madla pro lepší přenášení a manipulaci?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel pro potah matrace pouze požaduje, aby byl omyvatelný. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2a Specifikace předmětu plnění jako „Příloha č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 opraveno 27082025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Položka	Specifikace
Lampička k lůžku	

svítidlo s technologií LED s orientační diodou na vypínači, který je výškově stavitelný, na pružné tyči s otočným kloubem?

instalace do otvoru na hrazdu, nebo lampička s klipem na policičku?

oblé bílé kuželové stínítko, teplý LED čipový reflektor ?

pro dosažení dokonalejšího rozptylu světla zakrytí reflektoru, před reflektorem vsazené tvrzené matné krycí sklo?

lampička s napojením přímo do řídicí jednotky lůžka, bez nutnosti napojení do zdi - eliminace kabelů?

Bude tyto minimální prvky lampičky vyžadovat zadavatel po všech uchazečích?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č.11

Zadavatel požaduje, aby byla lampička napojena přímo do lůžka. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2a Specifikace předmětu plnění jako „Příloha č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 opraveno 27082025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Položka	Specifikace
Ochrana dělených postranic	

Nikde nevidíme požadavek na provedení ochrany postranic.

Požaduje zadavatel provedení látkové, koženkové, nebo vzdušnou pevnostní síť, přes kterou je ven dobře vidět, jednoduše se demontuje a je pratelná?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Zadavatel požaduje koženkové provedení ochrany postranic. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2a Specifikace předmětu plnění jako „Příloha č. 2a Specifikace předmětu plnění – část 1 opraveno 27082025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Položka	Specifikace
Noční stolek*	Zámek šuplíku Tiché dovírání kontajneru a šuplíku Jídelní deska

Prosím o upřesnění rozměrů požadovaného stolku a bližší specifikaci.

Doporučujeme rozměry z důvodu využití a stabilizace stolku například včetně vámi zvolené tolerance:

rozměry ŠxVxH (cm) 53 x 88 x 46 + vámi zvolená tolerance

výškové nastavení jídelní desky s posilováním pružinami min. 71 až 103 cm, materiál desky z důvodu odlehčení a jednoduché údržby, třeba HPL?

rozměry jídelní desky min. 64 x 35 cm, nosnost jídelní desky například 15 kg?

jídelní deska odolná, po stranách desky ochranné lišty + kovová galerie stolku

šuplík stolku opatřen uzamykatelným zámkem

pod šuplíkem vysoká nika

dvířka na obou stranách stolku s kovovým úchytem

kolečka o průměru min. 50 mm, min. dvě kolečka bržděná?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:

Zadavatel požaduje noční stolek v rozměrech 50x40x87cm (rozmezí +-3 cm), který bude mít kolečka o průměru 3-4 cm s bržděním koleček.

Zadavatel dále požaduje rozměry jídelní desky 59x35 cm (rozmezí +- 3 cm), její výškové nastavení 70-80 cm a materiál dřevo a plast. Jídelní deska musí disponovat ochrannými lištami.

Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2b Specifikace předmětu plnění jako „Příloha č. 2b Specifikace předmětu plnění – část 2 opraveno 27082025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

Položka	Specifikace
Jídelní stolky k lůžkám*	Bez náklonu Kovová zábrana + ochranné lišty

Má mít jídelní stůl také jídelní desku z odlehčeného materiálu, například HPL v dekor lůžek, ne těžké lamino?

Výšková stavitelnost stolu mechanická, na šrouby, nebo pohodlná a hlavně plynulá, výškové nastavení pomocí plynopružiny?

Stůl může mít také kolečka 50 mm jako noční stůl?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

Zadavatel požaduje u jídelního stolu k lůžkům výškovou nastavitelnou pomocí plynopružiny a kolečka o průměru přibližně 3 cm. Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2b Specifikace předmětu plnění jako „Příloha č. 2b Specifikace předmětu plnění – část 2 opraveno 27082025“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:

Položka	Specifikace
Šatní skříň*	Rozdělení na část s věšáky a na část s policemi

Nejsou k dispozici požadované rozměry.

Může nabídnout uchazeč léty prověřené, typizované řešení včetně doporučených rozměrů, viz návrh níže?

- Korpus skříně, je vyrobený z lamina tloušťky 18 mm. Půda je tloušťky 25 mm.
- Dveře jsou vyrobené z lamina tloušťky 18 mm oplepené 2 mm silnou ABS hranou.
- Viditelné hrany jsou oplepené ABS hranou tloušťky 2 mm.
- Ostatní hrany jsou oplepené ABS hranou tloušťky 0,5mm.
- Celokovové miskové závěsy s úhlem otevírání 170°.
- Závěs v bílém provedení tl. 3 mm sponkovaný do polodrážky.
- Skříň je opatřena 80mm soklem.
- Skříň je možné regulovat pomocí rektifikačních nožiček a vyrovnat tím případné nerovnosti podlahy.

Požadované rozměry skříně? 200 x 100 Jiné?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:

Zadavatel požaduje pro položku „Šatní skříň“ následující rozměry a odstín:

- šířka 75-80 cm, výška 185-190 cm.
- světlejší odstíny dřeva.

Zadavatel dále požaduje u poloviny šatní skříně 4 police a 2 zásuvky. V druhé polovině skříně tyč na ramínka a ve spodní části deskou oddělený prostor pro obuv.

Zadavatel jako součást tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje aktualizovanou podobu Přílohy č. 2b Specifikace předmětu plnění jako „*Příloha č. 2b Specifikace předmětu plnění – část 2 opraveno 27082025*“. Účastníci použijí tuto aktualizovanou podobu při zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 9. 2025 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 27. 8. 2025

RPA LEGAL, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
zástupce zadavatele