

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ ZADAVATELE Č. 2

Společnost: **ViRa ChemImp s.r.o.**
Se sídlem: Křižíkova 267/70, Královo pole, 612 00 Brno
IČO: 08735182
Zastoupen: Ing. Vít Štáva, Ph. D., jednatel

Název zakázky:

„Zdokonalení postupu výroby a výrobků ve společnosti ViRa ChemImp s.r.o.“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„V technický požadavcích na titrátor je uvedeno „Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého Titrátoru.“ a v zadání je dále uvedeno „Základní sestava Titrátoru“ a „Karl Fischer sada“. Bude zadavatelem akceptována nabídka dvou titrátorů, kde jeden bude určen na potenciometrické titrace a druhý na Karl Fischerovu titraci?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že bude akceptována nabídka na dodávku titrátoru či sady titrátorů, za předpokladu, že dodaná technologie či sada nebo souprava technologií beze zbytku splní požadavky uvedené ve specifikaci předmětu plnění.

Zadavatel zároveň konstatuje, že **netrvá** na formulaci uvedené ve Specifikaci předmětu plnění, kde dříve uvádí „Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého Titrátoru.“ a v této souvislosti aktualizuje aktualizovanou tabulku specifikace předmětu plnění pro část 1 – Titrátor“. Dodavatelé jsou povinni tuto aktualizovanou tabulku specifikace využít při tvorbě svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„V technickém zadání dále uvedeno „pH elektroda (redox titrace)“ a „pH elektroda (titrace chloridů)“. Domníváme se, že zde došlo chybě při kopírování názvu elektrody a mělo by zde být uvedeno pouze „elektroda“ nebo „kovová elektroda“.“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel se na základě dotazu rozhodl upravit Specifikaci předmětu plnění pro část 1 – Titrátor a v dílčích parametrech předmětu plnění uvede správnější označení. Zadavatel coby přílohu tohoto vysvětlení předkládá aktualizovanou tabulku specifikace předmětu plnění pro část 1 –

Titrátor. Dodavatelé jsou povinni tuto aktualizovanou tabulku specifikace využít při tvorbě svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

„Mohl by zadavatel vysvětlit co znamená „Možnost budoucí validace“? Dle jaké normy nebo nařízení by měla být tato validace provedena?“

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Budoucí validace by měla být provedena v souladu s požadavky GMP.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel se na základě své kontroly rozhodl objasnit následující nesrovnalost. V Zadávací dokumentaci a v příloze zadávací dokumentace – obchodních podmínkách zadavatel jako místo dodání uvádí jak sídlo zadavatele, tak provozovnu zadavatele. Zadavatel tyto pojmy užíval vzájemně zaměnitelně, přičemž jimi vždy rozumí správně uvedenou konkrétní adresu místa dodání tj. Křižíkova 2697/70, Královo pole, 612 00 Brno.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **15. 12. 2022 do 10:00** hodin. Místo a způsob podání nabídek zůstávají nezměněny.

V Brně, dne 5. 12. 2022

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele